

Número do Relatório: 4028/25 revisão: 00

IDENTIFICAÇÃO DO ITEM

Material de Referência (MR): Turbidez 4000 NTU

Código: MR_48.11-500

Lote: 4028/25

Data de Emissão do Relatório: 08/09/2025

O MR e seu relatório atendem aos requisitos do guia ABNT ISO Guia 31 [1] e da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 [2]. Este relatório é válido apenas para o item acima, não sendo extensivo a quaisquer outros e somente pode ser reproduzido de forma integral.

PREPARAÇÃO DO MR

O MR consiste de uma solução preparada gravimetricamente a partir da diluição de um MRC, em água ultra purificada e, com condutividade eletrolítica inicial menor do que 0,1 $\mu\text{S}/\text{cm}$. O MR foi envasado em frasco de vidro âmbar com batoque contendo aproximadamente o volume de 500 mL.

METODOLOGIA ANALÍTICA

A caracterização foi realizada usando a técnica de turbidimetria [3]. Os estudos de estabilidade e homogeneidade foram baseados no ABNT ISO Guia 35 [4], usando-se a técnica de turbidimetria [3] em laboratório acreditado na ABNT NBR ISO/IEC 17025.

RASTREABILIDADE METROLÓGICA

O uso do termo “*rastreabilidade ao Nist*” deve ser evitado por um erro conceitual, conforme orientação do INMETRO Nota Técnica nº 4/2021/ Remeq-l/ Dimci-Inmetro.

A rastreabilidade metrológica ocorre por comparação de resultados até o Sistema Internacional de Unidades (SI). Os produtos da QMC SANEAMENTO seguem a orientação da ABNT NBR ISO/IEC 17025, item 6.5.2:

“O laboratório deve assegurar que os resultados de medição sejam rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades (SI), item c) realização direta das unidades do SI que seja assegurada por comparação, direta ou indiretamente, com padrões nacionais ou internacionais.”

FINALIDADE DE USO

Os exemplos de uso pretendido desse MR são: calibrações de instrumentos ou sistemas de medição e a validação de métodos analíticos (turbidimetria).

Número do Relatório: 4028/25 revisão: 00

ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO

O MR antes de aberto deve ser armazenado na temperatura de $6\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$. Após aberto, este MR deve ser manipulado apenas durante o tempo necessário para a realização da medição evitando contato com possíveis contaminantes (vapores ácidos, óxidos e demais gases). Evite introduzir pipetas no frasco original, separe uma alíquota em outro recipiente, depois de utilizado não retorne o restante da alíquota para o frasco original. Recomenda-se, após o uso, fechar o frasco e armazená-lo $6\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$. Essa solução poderá ser transportada por até 2 semanas em temperaturas inferiores a 60 °C . A alíquota mínima deve ser utilizada é de 5 mL.

VALOR DE REFERÊNCIA

O valor de referência com sua incerteza expandida (U) para um nível de confiança de 95% e fator de abrangência ($k=2$) [5], está discriminado abaixo:

3960 NTU \pm 80 NTU

A incerteza expandida foi calculada pela combinação das contribuições das incertezas combinadas referente aos estudos de homogeneidade; estabilidade e caracterização [4,5].

$$U_{MRC} = k * \text{raiz} [(u_{car})^2 + (u_{bb})^2 + (u_{lts})^2 + (u_{sts})^2].$$

PRAZO DE VALIDADE

O **MR** é válido até **setembro de 2026**. Este MR deve ser manuseado e armazenado de acordo com as instruções contidas neste certificado. O certificado não terá valor caso o MR seja danificado, contaminado ou alterado. A QMC mantém um programa de monitoramento de todos os MR. Qualquer alteração no valor certificado observada durante o monitoramento será imediatamente comunicada ao usuário.

REFERÊNCIAS

- [1] ABNT ISO GUIA 31:2017 Materiais de Referência – Conteúdo de Certificados e Rótulos.
- [2] ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, Requisitos Gerais para Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração.
- [3] A Standard Methods for the Examination for Water and Wastewater (SMWW) – Método 2130 B.
- [4] ABNT ISO GUIA 35:2012, Materiais de Referência – Princípios Gerais e Estatísticos para Certificação.
- [5] Inmetro - Avaliação de Dados de Medição – Guia para a Expressão de Incerteza de Medição – GUM 2008. Tradução da 1ª Edição de 2008 da Publicação *Evaluation of Measurement Data – Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement – GUM 2008*, do BIPM Duque de Caxias – RJ, 2012.



Djan Porrua de Freitas
Responsável Técnico – CRQ 13400691